

São Paulo, 08 Maio de 2025
ADM-APS-0043

RETIFICAÇÃO - CARTA
CONVITE N.0043/25

A Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio – FUNDEPAG, comunica a **RETIFICAÇÃO** da Carta Convite n. 0043/25 e do Edital de Chamamento Público n. 007/2025 (anexo), cujo objeto consiste na aquisição de produtos laboratoriais destinados ao Instituto Biológico.

Reiteramos que o procedimento de seleção reger-se-á pelas normas do Edital e aquelas constantes no Regulamento de Compras da FUNDEPAG, constante em seu sítio eletrônico <http://portal.fundepag.br/editais-administrativos>.

Aproveitamos para disponibilizar a nova descrição dos produtos:

QNTD	PRODUTO	DESCRIÇÃO
01	AUTOCLAVE - Expurgo	• Capacidade: 102 litros • Sistema de vácuo: bomba de anel líquido de duplo estágio • Ciclos: 121 °C • Tecnologia: vapor, líquido resfriamento natural • Portas: 02 • Sistema de aquecimento: elétrico • Tensão de alimentação: 220v • Frequência: 60hz • Idioma no painel de controle e documentos: português • Lado de acesso para manutenção: esquerdo • Forma de expedição: montada • Estrutura do equipamento: aço inox • Documentos: book de documentos, protocolo de instalação e protocolo de

		operação • Complementos: disponibilidade do manual no painel touch screen e tag nos componentes hidráulicos • Acessórios: grelha interna da câmara
01	AUTOCLAVE - Inativação	• Capacidade: 566 litros • Sistema de vácuo: bomba de anel líquido de duplo estágio • Ciclos: 121°C e 100°C • Tecnologia: vapor, líquido resfriamento natural • Portas: 02 • Sistema de aquecimento: elétrico • Tensão de alimentação: 220v • Frequência: 60hz • Idioma no painel de controle e documentos: português • Lado de acesso para manutenção: esquerdo • Forma de expedição: dividida • Estrutura do equipamento: aço inox • Documentos: book de documentos, protocolo de instalação e protocolo de operação • Complementos: disponibilidade do manual no painel touch screen e tag nos componentes hidráulicos • Acessórios: 02 carros externos; 01 carro interno; 01 grelha e suporte do carro interno
01	Sistema de Osmose Reversa	• Capacidade mínima de 30 l/h • Suporte de parede • Reservatório • Instalação que interligue as duas autoclaves

Prazo para apresentação da proposta: De 08/05/2025 à 12/05/2025

Atenciosamente,

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio
FUNDEPAG